VESMATIC 20 **[1]**



Γενικά χαρακτηριστικά

Πλήρως αυτοματοποιημένο

Ενσωματωμένη ανάγνωση

Εσωτερική ανάδευση

Πολύ απλό στή χρήση

Περιγραφή

Ποιοτικός έλεγχος: Κοντρόλ (ESR) δύο επιπέδων (φυσιολογικό/παθολογικό) γιά υπολογισμό πιστότητας καί ακρίβειας τής εξέτασης.

Ασφάλεια: Κλειστό σύστημα σχεδιασμένο μέ πλαστικό σωληνάκι συλλογής δείγματος.

Σύστημα ανάγνωσης: Αισθητήρας υπερύθρων.

Λειτουργία: Παίρνουμε τό δείγμα τού ασθενούς καί τό τοποθετούμε στό βασικό σωληνάκι τού αναλυτή, πιέζουμε τό διακόπτη λειτουργίας (RUN). Αποτελέσματα παίρνουμε μετά από 20 λεπτά σύμφωνα μέ τήν μέθοδο Westergreen.

Source URL: https://www.sdiagno.gr/products/analytes/kathizisis/vesmatic-20

Σύνδεσμοι
[1] https://www.sdiagno.gr/products/analytes/kathizisis/vesmatic-20